

Retningslinjer for Regional standard HSØ for sprøyteetiketter ihht NS 7400:2017

Bestilling av ferdig opptrykte sprøyteetiketter:

Hvert HF står fritt til å bestille de etiketter de har behov for.

Det er utarbeidet en regional bestillings katalog som forvaltes av «etikettgruppen»

Om helseforetak bestiller etiketter som ikke befinner seg i bestillingskatalogen må det påregnes ekstra utvikling og bestillingskostnader. Volum må vurderes og f.eks. salgsstatistikker fra sykehusapoteket kan benyttes.

Ved ønske om nye eller revidering av etiketter skal:

- Oppsett av etiketten (se navnsetting) skal sendes til «etikettgruppen» i RLH for kvalitetskontroll og vurdering: Kjell Tore Myre, Laila Bruun og Maren Nordsveen Davies
Kjell.Tore.Myre@ahus.no
LBR@ous-hf.no (videresendes til Anne Grønstad)
Maren.Nordsveen.Davies@sykehusapotekene.no
- «Etikettgruppen» melder eventuelt inn til Byråservice slik at etiketten legges inn i bestillings katalogen med eget bestillingsnummer.

Navnsetting:

- **Navn** skal samsvare med betegnelser i preparatomtale.
- **Generisk navn:**
 - Skrives uten salt.
 - Norsk med bruk av «k» i stedet for «c» og «ks» i stedet for «x», som samsvarer med MetaVision.
- **Etiketter med blandeforhold:**
 - Utblandingsvæske skrives helt ut, f.eks NaCl skrives natriumklorid
- **Benevning:**
 - IE, U, IU etc er i MetaVision oppført som E, dette videreføres på etikettene.
 - Styrke betegnes mg/ml.

MetaVision er ikke konsekvente i bruken av betegnelsen «mikro» eller tegnet «µ». For utblandete legemidler følger de stort sett sprøytepumpeprotokoll som alltid bruker mg/ml. Det bør være likt mellom sprøytepumpeprotokoll, MetaVision og etikettene. Stort sett bruker mg/ml, selv om dette i noen tilfeller er uheldig pga mange tall etter komma.